

見本

検査成績書

発行番号 XXXXXX号

製品名	デジタル切削油濃度計	検査年月日	20YY年 MM月 DD日
型式	AD-4772	温湿度	23℃ 50%RH
製造番号	XXXXXXXXXXXXXX	検査場所	株式会社エー・アンド・デイ開発・技術センター
検査条件			
使用試験装置	標準器名	型式	管理番号
	電子天びん	BM-252	M-890
	クォーツ温度計	DMT-621	T-146

○濃度測定精度 (精製水にてゼロ点調整を行う)

測定濃度(%)	基準液	基準濃度(%)	指示値(%)	許容範囲(%)
0	精製水		0.0	
30	基準糖液	30.0	29.9	±0.2

○温度測定精度

測定温度(℃)	標準器温度(℃)	指示値(℃)	許容範囲(℃)
20	20.01	20.1	±1

○機能検査

オートパワーオフ	OK
PCとの通信機能	OK

総合判定

承認	検査

トレーサビリティ体系図（濃度関係）

標準器は下記の体系により国家標準にトレーサブルです

